



**DYREKTOR  
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w BIAŁYMSTOKU**

Wydział Zamiejscowy w Elku

19-300 Elk, ul. Gustawa Gizewiusza 12, telefon (87) 610 27 10, email: elk.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

## ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

### PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak producenta: 82c-1 Znak typu: T11732

Numer fabryczny: 214296 Rok produkcji: 2021

Producent: Rhewa-Waagenfabrik Niemcy

**Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.**

### OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia **27 grudnia 2025 r.**

### MIEJSCE UŻYTKOWANIA

11-500 Giżycko, Spytkowo 69

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

### WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne : 50000 kg Obciążenie minimalne: 400 kg

Działka elementarna : d = 20 kg Działka legalizacyjna: e = 20 kg

Tara : - Max Klasa dokładności : III

### WNOSKODAWCA

WAGEN-MONT Paweł Montowski, ul. Wyzwolenia 12a, 87-617 Bobrowniki

Wykonawca naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego

### WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802)

### ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10, § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na :

- połączeniu tabliczki znamionowej z obudową miernika wagi

Cechy zabezpieczające w liczbie 4 umieszczono na:

- połączeniu tabliczki z liczbą adiustacji wagi "2" z obudową miernika wagi - 1 szt.
- listwie przewodów (wewnątrz miernika) łączących miernik ze skrzynką przyłączeniową przetworników pomiarowych - 1 szt.
- obudowie skrzynki przyłączeniowej przetworników pomiarowych - 2 szt.

### LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

### ZNAK WNIOSKU

OUM10.WZ2.45.614.2023.2

Data wystawienia: 27 listopada 2023 r.



Z upoważnienia  
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar  
w Białymstoku  
**STARSZY INSPEKTOR**

*Sławomir Jerzy Łasica*



**DYREKTOR  
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w BIAŁYMSTOKU**

Wydział Zamiejscowy w Etku

19-300 Etka, ul. Gustawa Gizewiusza 12, telefon (87) 610 27 10, email: elk.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

## ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

### PRYZRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak producenta: 82c-1 Znak typu: T11732

Numer fabryczny: 214295 Rok produkcji: 2021

Producent: Rhewa-Waagenfabrik Niemcy

**Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.**

### OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia **27 grudnia 2025 r.**

### MIEJSCE UŻYTKOWANIA

11-500 Giżycko, Spytkowo 69

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

### WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne : 50000 kg Obciążenie minimalne: 400 kg

Działka elementarna :  $d = 20$  kg Działka legalizacyjna:  $e = 20$  kg

Tara : - Max Klasa dokładności : III

### WNIOSKODAWCA

WAGEN-MONT Paweł Montowski, ul. Wyzwolenia 12a, 87-617 Bobrowniki

Wykonawca naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego

### WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802)

### ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10, § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na :

- połączeniu tabliczki znamionowej z obudową miernika wagi

Cechy zabezpieczające w liczbie 4 umieszczono na:

- połączeniu tabliczki z liczbą adiustacji wagi "2"

z obudową miernika wagi - 1 szt.

- listwie przewodów (wewnątrz miernika) łączących miernik ze skrzynką

przyłączeniową przetworników pomiarowych - 1 szt.

- obudowie skrzynki przyłączeniowej przetworników pomiarowych - 2 szt.

### LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

### ZNAK WNIOSKU

OUM10.WZ2.45.614.2023.1

Data wystawienia: 27 listopada 2023 r.



Z upoważnienia  
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar  
w Białymstoku

**STARSZY INSPEKTOR**

*Sławomir Jerzy Łasica*